



T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği



Sayı : E-38310310-020-125173
Konu : Tıbbi biyokimya laboratuvarı buzdolabı
Onarım

25/08/2021

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 24/08/2021 tarihli ve E- 23379993-020-124676 sayılı yazısı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina Tıbbi Biyokimya laboratuvarında kullanılmakta olan cam kapaklı buzdolabının kompresörü arızası ile ilgili yazılar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet AKDAĞ
Hastaneler Başhekimisi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BSNNC1TM3V* Pin Kodu : 83182

Belge Takip Adresi :

<https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSNNC1TM3V&eS=125173>

Adres: Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon: +90 412 248 80 01-16 (16 Hat) Faks: +90 412 248 8523
e-Posta: hastane@dicle.edu.tr Elektronik Ağ: <http://hastane.dicle.edu.tr>
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Deniz Bakır
Unvanı: Büro Personeli





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği



Sayı : E-23379993-020-124676
Konu : Tıbbi biyokimya laboratuvarı buzdolabı
Onarım

25/08/2021

İHTİYAÇ TESPİT VE TALEP YÖNETİMİ BİRİMİNE

İlgi : 18/08/2021 tarihli ve E- 74891362-020-121105 sayılı yazısı.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Tıbbi Biyokimya laboratuvarında kullanılmakta olan cam kapaklı buzdolabının kompresörü arızalı olduğu tespit edilmiş olup,belirtilen malzemelere ivedilikle ihtiyaç vardır.Konu ile ilgili;Teknik rapor,istem belgesi ve tespit tutanağı ekte sunulmuştur.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

Oktay ARITÜRK
Hastaneler Başmüdürü

Belge Doğrulama Kodu :BS5NCFSMYV Pin Kodu :85613

Belge Takip Adresi :

<https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BS5NCFSMYV&eS=124676>

Adres:Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, 21280-Diyarbakır
Telefon:+90 412 248 80 01-16 (16 Hat) Faks:+90 412 248 8523
e-Posta:hastane@dicle.edu.tr Elektronik Ağ:http://hastane.dicle.edu.tr
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emrullah Eren
Unvanı: Büro Personeli





T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi



Sayı : E-74891362-020-121105
Konu : Onarım

18/08/2021

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİNE

Anabilim Dalımız Eğitim Hizmet Laboratuvarında aktif kullanılmakta olan Freezer marka (cam kapaklı) buzdolabı arızalanmış olup acilen tamirinin yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Nuriye METE
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı

180 Kalori
20 Drager
2 par

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BSPNZSBHBV* Pin Kodu : 05203

Belge Takip Adresi :

<https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5539&eD=BSPNZSBHBV&eS=121105>

Adres: Dicle Üniversitesi Kampüsü 21280-Diyarbakır
Telefon: 0 412 248 80 01-16 0 412 248... Faks: 0 412 248 84 40
e-Posta: tipdekanlik@dicle.edu.tr Elektronik Ağ: <http://www.dicle.edu.tr>
Kep Adresi: dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Gülgen Uyük
Unvanı: Büro Personeli



Tel No: 4240



T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
HASTANELERİ BAŞHEKİMLİĞİ
TEKNİK BAKIM BİRİMİ

EFQM

Committed to excellence

BAKIM ONARIM TEKNİK RAPORU

Sayı (Rapor) no : 553

Tarih : 23.08.2021

İŞ KONUSU

İŞ KONUSU	BUZDOLABI KOMPRESÖR ARIZASI		
KULLANILDIĞI BİRİM	MERKEZ BİNA		
KULLANILDIĞI ALT BİRİM	TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI		
MARKASI ve MODELİ	FREEZER / F 375 P GSF CS		
SİCİL (veya SERİ) NO:	60808 3602		
EDİNME TARİHİ			
ARIZA (İŞ) TANIMI	Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina,Tıbbi Biyokimya laboratuvarında kullanılmakta olan cam kapaklı buzdolabının kompresörü arızalı olduğu tespit edilmiş olup,belirtilen malzemelere ivedilikle ihtiyaç vardır.		
GEREKLİ OLAN HUSUSLAR			
S. no	Açıklama	Birim	Miktar
1	Buzdolabı için kompresör 180 kalori 134 gazla çalışan	Adet	1
2	Drayer 20 gr	Adet	1
3	Spap	Adet	1

Yukarıda belirtilen arıza tespit edilmiş olup, yapılması gerekli olan hususlar ve satın alınması gerekli malzemeler tarafımızdan tespit edilmiştir.

ADI SOYADI

ÜNVANI

İMZA

1	Abdurrahman BEYBUR	Komisyon Başkanı	
2	A.Bülent BAYKALE	Teknik Komisyon Üyesi	
3	Şemsettin ÇEVİK	Teknik Komisyon Üyesi	



Doküman Kodu	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No / Sayfa Sayısı
YÖN.FR.76	03.12.2012	5	11.04.2014	Sayfa 1/1
SATINALMA TALEP FORMU				
İstek Yapan Birim :		Tarih :		İSTEM No :
Hastanın Adı Soyadı :		24/08/2021		10136
Protokol :				

TAŞINIRIN

Sıra No	Taşınır Kodu	SUT Kodu	Malzeme Kodu	Taşınır Adı	Künye No	Ölçü Birimi	İstenen Miktar	Depo Mevcudu	Ortalama Aylık	Önceki Yıl Kul. Miktar	Alma Çıkılan	Hastane Stok	Sut Ortalama	Açıklama
1	150.13.2		22060	KOMPRESÖR (BUZDOLABI İÇİN)		AD	1	0		2		0		MRKA FREEZER MODEL:F 375 P GSF CS / BUZDOLABI İÇİN 1/6 180 KALORI 134 GAZLA ÇALIŞAN 20 GR
2	150.13.2		34604	DRAYER		AD	1	86		7		0		
3	150.13.2		35121	GAZ SERVİS BORUSU SPABI		AD	1	0		34		0		

Açıklama

Dicle Üniversitesi Hastaneleri Merkez Bina, Tıbbi Biyokimya laboratuvarında kullanılmakta olan cam kapaklı buzdolabının kompresörü arızalı olduğu tespit edilmiş olup, belirtilen malzemelere ivedilikle ihtiyaç vardır.

İstek yapan birim Yöneticisi	
Adı, Soyadı	
Ünvanı	
İmzası	A. Bülent KAYKALE D.Ü.Hastaneleri M.Üd. Yrd.

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlanmış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

OLUR

Hastanemiz İyedikimya Laboratuvarında kullanılmakta olan cam kapaklı buzdolabının kompresörü yanık obyekti tarafımızca tespit edilmiştir. Alınması gereken malzeme:

1 - Kompresör 180 Kalori (134 gazla Galısan)

1 - 20gr drayer

1 - Spop.

Model - F 375 P GSF CS

Seri no - 60808 36 02

Teknisyen
Kendimir Çoşak



Teknisyen
Selçuk Çolak



Teknisyen
Ahmet Olcay

