

T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ
TEKLİF İSTEME MEKTUBU

1

2021/7194

04.11.2021

İşin Adı

2-MERKEZ ECZANE-13383-01/11/2021__ Yeni Doğan, çocuk hastalıkları birimleri ve hastane genelinde tüketimi fazla olan tıbbi medikamalzemelerin listesi ekte sunulmuştur. İvedi bir şekilde alımlarının yapılması hususunda

İhale No

2021-7194

E-mail

: ds_satinalma@dicle.edu.tr

İdarenin

Tel/Fax

: (0412) 248 82 23 -(4433) / (0412) 248 85 88

Son başvuru

Tarih/Saat

: 09.11.2021 15:00

FİRMA YETKİLİSİNE

İlişikte/aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen Malzeme/Hizmet/Bakım ve Onarım 4734 Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacaktır. Hazırlanacak teklif mektuplarınızı aşağıda yer alan tarih ve saate kadar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze bildirmenizi rica ederim.

Tayfur SELVİTOPU
DÖN. SER. İŞLT. MÜD.V.

- 1) Malzemelerin opsiyon, teslim tarihi, markası, ambalaj şekli ve teknik şartnameye uygun olduğu teklif mektuplarında mutlaka yazılacaktır. Belirtilmediği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 2) Teklif mektubu zarfında; firma adı, açık adresi, telefon-faks numarası varsa e-mail adresi mutlaka yazılacaktır.
- 3) Alıma ilişkin Ödemeler; Alınacak malzemelerin Faturasının ayniyat ve tahakkuk işleminin bitiminden sonra, 01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner sermayeli işletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. Maddesine göre Ödeme Emri Belgeleri Saymanlık Müdürlüğünün kayıtlarına giriş sırasına göre yapılır. Kontroller Sonucunda noksanlığı tespit edilerek tamamlanmak üzere işletmelerin ilgili birimine iade edilen Ödeme Emri Belgelerindeki tutar noksanlıkları tamamlanarak Muhasebe birimi kayıtlarına yeni giriş sırasına göre ödenir.
- 4) Siparişe müteakip..... İş günü içerisinde teslim edilmeyecek/yapılmayacak/ mal/hizmet için teklif verilmemesi, verilmesi durumunda bundan sonraki verilen tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı ve gecikmeden dolayı hastanemizin uğrayacağı maddi ve manevi kayıpları karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
- 5) Siparişi müteakip malzemeler firma yetkililerince bizzat Döner Sermaye ambarına teslim edilecektir. Kargo ile yapılan teslimatlarda ilgili noksanlık ve aksaklıklarda sorumluluk firmaya aittir.
- 6) İstekliler, teklif edecekleri ürünlerin marka veya model, UBB Kodunu tekliflerinde yazacak olup, TITUBB, Medula kaydı Sorgulama, SUT kaydı, Bayi/Firma kodu ile ilgili belgelerini de T.C Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak verecekleri teklif mektubu ekinde sunmak zorundadırlar.
- 7) İhale ve doğrudan temin ilanlarımız için www.dicle.edu.tr sitesinden Döner Sermaye ekranından takip edebilirsiniz.
- 8) Tedarikçi firma, İdaremize teslim edilen ilaç, sarf malzeme, medikal malzeme, kit sarf malzemeleri ve diğer malzemelerin stoklarımızda tüketilmemesi halinde miadlarına en az 3 ay kala yenisi ile değiştirmeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
- 9) İsteklilerden alınan malzemelerin, geri ödemesini yapan kurumların (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, YÖK vb.) düzenledikleri kanun, yönetmelik, tebliğ ile ödeme listesinden çıkarılması, fiyatlarındaki düşüşler ve TITUBB kaydının olmaması, medulada negatif listeye alınmasından dolayı, firmanın sut kodu hatasında dolayı, ürünlere ait sut eşleşmesinden kaynaklı hatalardan dolayı idarenin uğrayacağı zarardan yüklenici sorumlu olup, kurumumuzun zararı ilgili yüklenici firmadan yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Ayrıca ilgili ürünler iade edilebilecektir.
- 10) Bu teklif ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun Hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
- 11) Bu teklif ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Diyarbakır mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
- 12) KDV Hariç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile Kdv'nin hariç olduğu belirtilecektir

EKİ: (..I.. ADET) TEKNİK ŞARTNAME

NOT: 6 KALEM MALZEME EKTEDİR.

Ön Teklif İsteme Yazısı

T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ
TEKLİF İSTEME MEKTUBU

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi	Birim	Miktarı	Sut kodu	Marka	UBB Kodu	Birim Fiyatı (KDV Hariç)	Tutarı (KDV Hariç)
1	102467 - ANGUOCAT NO:20 (PEMBE)	AD	5000					
2	102468 - ANGUOCAT NO:22 (MAVI)	AD	5000					
3	102470 - ANGUOCAT NO:24 (SARI)	AD	5000					
4	102641 - ASPIRASYON KATETERİ NO: 6 (YEŞİL)	AD	5000					
5	102642 - ASPIRASYON KATETERİ NO: 8 (MAVI)	AD	5000					
6	111166 - ANNE SÜTÜ SAĞIM SETİ	AD	1000					

102470

ANJİYOKAT PREMATÜRE IV KANÜL NO:24

- 1-Kanül kısmı Virgin teflon(PTFE)'den yapılmış olmalıdır.
- 2-Kanül X-ray ışınlarına karşı radioopak özellik taşımalıdır.
- 3-Enjeksiyon portu olmalı ve kontaminasyona neden olmaması için portu kapaklı olmalıdır.
- 4-Kanülün IV puşe yapılan enjeksiyon portu kapağı tam oturmalı, istemsiz açılmamalı; açıldığında kapağın yere düşmesini engelleyici kanül gövdesine bağlantısı olmalı,açmak için çekildiğinde kopmamalı ve çıkmamalıdır.
- 5-IV kanülün kapağı vidalı olmalı ve serum seti, kan seti step-cock vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
- 6-Renk kodlu olmalı, çapları dünya standardına uygun olmalıdır.
- 7-İğne kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalı, iğne uç bilemeleri uzun eğimli olmalı; ucu, çapaklı, tırtıklı ve künt olmamalıdır.
- 8-Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olmalı, delik ya da çatlak olmamalıdır.
- 9-Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli ve kolay ilerlemeli, damara girerken plastik kılıf büzülmemeli, geriye kıvrılmamalı, plastik kılıf uç kısmı dümdüz kesilmiş olmamalı, giderek yuvarlatılmış olmalıdır.
- 10-IV kanül el içinde tutulabilir olmalıdır.
- 11-IV kanül koruyucu kapağının dış ucu kapalı olmalıdır.
- 12-Açma, kapama sistemi olmalıdır.
- 13-Steril tekli paketlerde olmalıdır.
- 14-Intraket ambalajı sterilitayı bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
- 15-Ambalaj üzerinde sterilizasyon ibaresi olmalı, üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı ve depo teslim tarihi itibari ile en az 2 yıllık raf ömrüne sahip olmalıdır.
- 16- Yeterli miktarda orijinal ürün numunesi ilgili birimlere verilecek, ilgili klinikte ürünler denendikten sonra, teknik şartnamedeki özelliklerine ve kullanımına göre uygun bulunursa alınacaktır.

11.10.2021
[Signature]

[Signature]

14.10.2021
Doç.Dr. S. ERTÜRK
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Teşah. No: 73587 - 88523

111166

ANNE SÜTÜ SAĞIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzemeyi oluşturan tüm parçalar Polipropilen ve Silikondan imal edilmiş olmalıdır.
2. Setin içerisinde biberon haznesinde ve emme başlığı haznesinde süt hunide birikmesi için 2 cm valf bulunmalı(bu , bu valf sayesinde, bu tip virütik enfeksiyonu olan bir annenin sütünün pompaya, dolayısı ile pompadan da hava yolu ile sonraki sağım yapacak annelerin sütüne geçişi mutlak suretle engellenmiş olmalıdır.
3. Set, süt toplama şişesi, vidalı; emzik geçişine uygun özel kapağı, koruyucu sıvı kapağı, silikon valf ,silikon hortum ve konnektörden oluşmalıdır.
4. Setin, süt sağım cihazına bağlanan tüp hortumunun ucundaki konnektör, setin aynı anda iki anneye veya iki memeye adapte edilmesini sağlayabilecek bir yapıda olmalıdır.
5. Cihaza uyumlu olan bu setler hortumun cihaza takılan kısmına eklenecek bir el pompası ile efektif çalışan bir el pompasına dönüşebilmelidir. Bu el pompasının maksimum basıncı en az 275 mmHg (± % 10) çıkabilmelidir. El pompası numunesi sunmayan istekliler elenecektir.
6. Setin, göğüse tutulan Göğüs Kenarlığı parçasında meme ucunun içinde gidip geldiği kanal, meme ucu iritasyonu ve çatlaklarını engellemesi amacı ile uygun özellikte olmalıdır.Bu özelliği hastada kullanılarak test edilecektir. Set bpa,latex içermemeli bilgileri uyarı yasaları set ambalajındayazı olmalı ,öçeklendirmesi,gibi bilgiler kabartmalı baskılı olmalı etiket şeklinde olmamalıdır.
7. Göğüs Kenarlığı parçasının meme ucunun içinde gidip geldiği yuvarlak çap yumuşak olmalı, bu yuvarlak çapın çeperi meme ucunu kesecek, yaraya sebep oluşturacak keskin bir yapıya sahip olmamalıdır.
8. Anne sütü sağım setleri (iso 9001:2008 ce) belgelerine sahip olmalı ve teklif ile birlikte sunulmalıdır.
9. Pompa setinde üst valf ve diğer parçaların ağır plastik (silikon) kokusu taşınamalı ve gıdaya uygun silikon hammaddesinden üretilmiş olmalı ve ilgili maddenin uygunluğu belgelenmelidir.
10. Anne sütü sağım setlerinde Emme başlığı, meme ucunun içinde gidip geldiği yuvarlak çap, meme ucunu kesecek, yaraya sebep oluşturacak keskin bir yapıya sahip olmamalıdır.
11. İhale aşamasından sonra, teslim edilen ürün numuneye uygun olmalıdır.
12. Her anne için ayrı ayrı kullanılmalı, aynı hasta için 8 (sekiz) kez steril edilebilir özelliği olmalıdır. Sterilizasyon işlemi esnasında ve sonrasında sette şekil değişiklikleri olmamalıdır. Sterilizasyon koşulları setlerin kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.
13. Set, CE belgesine sahip olmalı ve ürün ambalajında olmalıdır.
14. Set ambalajı üzerinde; ürün imal tarihi,son kullanma tarihi referans ve lot numarası yer almalıdır.
15. Set ambalajı içerisinde ürün kullanımı ve spesifikasyonuna ilişkin detaylı bir kullanım kılavuzu mevcut olmalıdır.
16. Setin içerisindeki şişe hastane ilgili biriminin talebini karşılayacak,20 ml lik aralıklı 150 ml.olacak şekilde olmalıdır.
17. Setin içerisindeki şişenin dönme hareketi sağlayan spiral halkalı ağzının iç kısmı, olası süt birikmelerini engellemesi amacıyla düz bir yapıda olmalıdır.
18. Set numuneleri, kalitesi ve teknik özellikleri bakımından klinik sorumlu hekimi tarafından incelenip, denenmekle birlikte ürün uygunluğu alındıktan sonra kesin alınma kararı verilecektir.
19. Set TITUBB veri kayıt sistemine kayıtlı olmalı, firma bu belgeleri ihale dosyasında ibraz etmelidir.
20. Bütün bu teknik özellikler, set için orjinal ürün kataloglarında ve kullanım klavuzlarında madde madde işaretlenecektir (bilgisayar çıktısı kabul edilmeyecektir.). Teknik şartnameye uygun olmayan ve yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 21.Yeterli miktarda orijinal ürün numunesi ilgili birimlere verilecek, ilgili klinikte ürünler denendikten sonra, teknik şartnamedeki özelliklerine ve kullanımına göre uygun bulunursa alınacaktır.

11.10.2021
Jm

Senke YG688
SPM

14.10.2021

Doç.Dr. Sabahattin ERGÜL
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Necattin Erbakan
Dp. T. 0912 734 67 - 08523

Kod-111074-102462-102464-102467-102468

İNTRAVENÖZ KANÜL(BRANÜL) TEKNİK ŞARTNAMESİ:

[14(TURUNCU), 16(GRİ), 18(YEŞİL), 20(PEMBE), 22(MAVİ), 24(SARI)]

1. Tek elle ponksiyon tekniğine uygun dizayn edilmiş olmalı, Kanül kısmı Virgin teflon (PTFE) den yapılmış olmalıdır.
2. Kanül X-ray ışınlarına karşı radyoopak özellik taşımalıdır.
3. İğne ucu, hasta için uygun şekilde dizayn edilmiş sivri ve uygun kesimli olmalı, iğne üzerinde pürüzlenme olmamalı, ışığa doğru tutulduğunda üzerinde lekelenme ve renk tonu farkı olmamalıdır.
4. Hareketli fiksasyon kanatları olmalı, kanül ince cidarlı, yüksek akım hızlı ve kendi kendine kapanan enjeksiyon portlu olmalı, enjeksiyon portu kapaklı olmalıdır.
5. Kanülün IV puşe yapılan enjeksiyon portu kapağa tam oturmalı, istemsiz açılmamalıdır (Luer-Lock kapak, Lock – bağlantı, Hidrofoblu kan tutucu özellikte olmalı)
6. Uluslararası renk kodlu (14 G'den, 24 G' e kadar), çapları uluslararası standardına uygun olmalıdır.
7. İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalıdır.
8. Plastik kılıf, kaygan ve şeffaf olmalı, delik ya da çatlak olmamalıdır.
9. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
10. İntraket ambalajı sterilitiyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.
11. Steril ambalaj depolama esnasında yırtılıp kırılmayacak materyalden olmalıdır.
12. Son kullanma tarihi üzerinde yazmalı, Son kullanma tarihine en az 2 yıl kalmış olmalı
13. Malzemenin UBB' de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
14. Her nümuneden en az 3 adet numune verilecektir. Değerlendirme numune üzerinden yapılacaktır. Numuneler kullanışlı ve hastaya zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. Numuneler denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

Doç. Dr. Zeynep BAYSALEMDİNOĞLU
Etiler Mahallesi, Topkapı Cad. No: 1
Etiler Hastanesi, Etiler, Beşiktaş/İstanbul
T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiler Hastanesi, Etiler, Beşiktaş/İstanbul
T.C. Sağlık Bakanlığı


Doç. Dr. Gökhan GÖZÜBİLİR
Etiler Mahallesi, Topkapı Cad. No: 1
Etiler Hastanesi, Etiler, Beşiktaş/İstanbul
T.C. Sağlık Bakanlığı
Etiler Hastanesi, Etiler, Beşiktaş/İstanbul
T.C. Sağlık Bakanlığı

102641

102641

ASPIRASYON KATETERİ NO:6

- 1-Sonda şeffaf ve PVC'den yapılmış olmalıdır
- 2-Bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır
- 3-Konektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.
- 4-Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalıdır.
- 5-Uç kısmı kapalı,yuvarlatılmış,esnek ve atravmatik olmalıdır.
- 6-Konnektör dişi olmalıdır.
- 7-Sondalar tek kullanımlık ve tekli steril ambalajlarda olmalıdır.
- 8-. Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır
- 9- Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır
- 10- Yeterli miktarda orijinal ürün numunesi ilgili birimlere verilecek. ilgili klinikte ürünler denendikten sonra, teknik şartnamedeki özelliklerine ve kullanımına göre uygun bulunursa alınacaktır.





04.12.2020


Doç.Dr. Salim ERTUĞRUL
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tescil No : 70387 - 96526

ASPIRASYON KATETERİ NO:8

102642 -

- 1-Sonda şeffaf ve PVC'den yapılmış olmalıdır
- 2-Bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır
- 3-Konektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.
- 4-Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalıdır.
- 5-Uç kısmı kapalı,yuvarlatılmış,esnek ve atravmatik olmalıdır.
- 6-Konnektör dişi olmalıdır.
- 7-Sondalar tek kullanımlık ve tekli steril ambalajlarda olmalıdır.
- 8-. Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır
- 9- Sondalar nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır
- 10- Yeterli miktarda orijinal ürün numunesi ilgili birimlere verilecek, ilgili klinikte ürünler denendikten sonra, teknik şartnamedeki özelliklerine ve kullanımına göre uygun bulunursa alınacaktır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

04.12.2020

[Handwritten signature]
Doç.Dr. Sabahattin ERTUĞRUL
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Neonatoloji Uzmanı
Dip. Tescil No : 70387 - 00526